

דו"ח בדיקת דגם למאזניים לשימוש ביתי ואישי

דו"ח בדיקה מספר 001/737

1. פרטי הגוף הבודק

טלפון: 08-8697249 פקס: 08-8697015

שם גוף: איזוטופ בע"מ
כתובת: גדרה, ת.ד. 2, 70700
שם האחראי על הבדיקה: אנה יהודין

2. פרטי הלקוח

מס' עוסק מורשה: 513320556
טלפון: 050-5390169 פקס:
טלפון:
מספר דגמים:שם מבקש הבדיקה: ניוטק איילון בע"מ
כתובת המבקש: החרושת 12 כפר סבא
שם נציג הלקוח:
מספר בקשה: 40053171

3. פרטי המאזניים

מס' סידורי: MS7321 דגם היצרן:
יבואן: ניוטק איילון בע"מ
כושר שקילה מזערי (Min):
תחומים: 100g (d) ערך שנת (d):תיאור המאזניים: מאזני אדם אלקטרוניים
היצרן: CHARDER ELECTRONIC
ארץ ייצור: ט"וואן
כושר שקילה מירבי (Max): 250kg
מס' החלוקות (n): 2500
פרטים נוספים:

4. ציוד בדיקה

הבדיקות יבוצעו עם ציוד עקיב למעבדה ארצית למשקלות ומידות, של תמ"ת.

5. התנאים בזמן הבדיקה

טמפרטורה °C	לחות יחסית %
22	55

6. מכשירי מדידה אב

שם המכשיר, דגם, תחום, דיוק	מס' זיהוי	מס' תעודת כיוול	תקף עד תאריך
שם המכשיר, דגם, תחום, דיוק	מס' זיהוי	מס' תעודת כיוול	תקף עד תאריך
משקולת בודדת	ב, צ	1810911/9, 10	29/10/2021
משקולת בודדת	ג, ה, ד, ל, מ, נ	1810911/3-8	29/10/2021
משקולת בודדת	12.17	1911856/27.28	30/12/2024

דף 1 מתוך 2 דפים

דו"ח בדיקת דגם למאזניים לשימוש ביתי ואישי

דו"ח בדיקה מספר **001/737** (המשך)

7. הבדיקות

סמן ✓ בעמודה המתאימה.

7.1 בדיקה חזותית ותפקוד

הערות	לא עבר	עבר	מס' סעיף הנוהל	הנושא	
		✓	10.2	בדיקה שלמות ומבנה	חזותית
		✓	10.2.3	בדיקת תווית היצרן והסימון	
		✓	10.2.4	בדיקת הוראות הפעלה של היצרן	
		✓	10.3	בדיקת פעולה ועמידות	בדיקות תפקוד
		✓	10.3.3	בדיקת קביעת האפס	
		✓	10.3.4	בדיקת מרחק קריאה	
לא ניתן לבדוק			10.4	בדיקת ערך שנת	
לא ניתן לבדוק			10.4	בדיקת חזרה לאפס	

7.2 בדיקת טעות

תוצאות בדיקה		טעות מותרת מרבית	טעות אבסולוטית מרבית	טעות אבסולוטית			הוריה בק"ג			נקודת בדיקה
לא עבר	עבר	ק"ג	A _{max}	A ₃	A ₂	A ₁	I ₃	I ₂	I ₁	M
			ק"ג	ק"ג			ק"ג			ק"ג
	✓	0.3	0	0	0	0	10.0	10.0	10.0	10.0
	✓	0.3	0	0	0	0	45.0	45.0	45.0	45.0
	✓	0.3	0	0	0	0	75.0	75.0	75.0	75.0
	✓	0.3	0.1	0.1	0.1	0	125.1	125.1	125.0	125.0
	✓	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	150.1	150.1	150.1	150.0
	✓	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	200.2	200.1	200.1	200.0
	✓	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	250.2	250.2	250.2	250.0
V		עבר		לא עבר	תוצאות בדיקת טעות					

8. הערות

9. החלטת הבודק

עבר לא עבר

10. חתימות

תאריך 17/05/2020



אנה יהודין

מבצע הבדיקה :

תאריך 17/05/2020



אנה יהודין

אחראי על אישור דגם :

דף 2 מתוך 2 דפים